

兰州大学草地农业科技学院实验室安全

工作简报

2022 年第 3 期（总第 9 期）

草地农业科技学院实验室安全工作小组 2022 年 4 月 18 日

2022 年 4 月 13 日，为切实做好实验室安全工作，草地农业科技学院实验室安全工作小组成员古丽君、黄文丽、张祖欣、马宝宏对碧野楼、逸夫生物楼四楼、岫云楼三楼、校医院四楼的各实验室安全进行了检查，本次安全检查的重点是：1. 排查实验室电气线路是否存在老化、裸露；2. 通风橱线路是否存在被腐蚀的现象，以及橱柜内存放物品是否规范；3. 压力容器使用实验室是否具有特种设备作业人员证；4. 废液的存储是否规范等。存在问题的实验室要求限期整改。

一、主要存在隐患和共性问题

1. 插线板直接置于试验台或地面，未悬挂固定，且存在老化现象；
2. 通风橱的贮藏柜中存放易燃物品或化学试剂；
3. 高压灭菌锅未办理特种设备作业人员证；高压灭菌锅插头与插座不匹配；
4. 废液桶不盖盖子，废液桶未按要求置于托盘上。
5. 烘箱上放置杂物；
6. 配置溶液试剂瓶缺少标识，应明确试剂名称，配置时间及配置人员；

7. 实验室内进食且未及时处理垃圾。

二、 现场照片



碧野楼 601



碧野楼 601



碧野楼 601



碧野楼 406



碧野楼 301



碧野楼 301



碧野楼 301



碧野楼 102




碧野楼 102



碧野楼 102



生物楼 403a



岫云楼 402



三、 实验室问题清单

实验室房号	责任人	问题	建议整改措施	限期整改完成时间	复查结果
碧野楼 F102	吴彩霞 高红娟	易制毒未放于试剂柜	建议易制毒药品置于试剂柜内，双人双锁储存	4月15日	已整改
碧野楼 F102	吴彩霞 高红娟	电线布置较乱且裸漏在外	建议归置整齐且加电线保护套	4月30日	部分已整改，目前正在整理线路
碧野楼 301	方龙发 刘文献	烘箱上放置物品	建议及时清理杂物	4月15日	已整改
碧野楼 301	方龙发 刘文献	未及时打扫卫生	建议及时清理垃圾	4月15日	已整改
碧野楼 301	方龙发 刘文献	实验室内进食	建议去4楼茶水间进食	4月15日	已整改
碧野楼 406楼	侯扶江 常生华	废液桶下未放置托盘	建议加置托盘	4月15日	已整改
碧野楼 601	沈禹颖 杨倩	废液桶未盖盖子，且未置于托盘上	建议盖紧盖子，并加置托盘	4月15日	已整改
碧野楼 601	沈禹颖 杨倩	通风橱内放置易燃物	建议及时清理易燃物	4月15日	已整改
碧野楼 801	张吉宇 谢文刚	高压灭菌锅插座与插头功率不匹配	建议将插头插在适配的插座上，不要使用转换头	4月15日	已整改
碧野楼 801	张吉宇 谢文刚	高压灭菌锅未办理特种设备作业证	按要求参加考试，并取得特种设备作业证	4月30日	部分已整改，目前正在准备参加上岗证考试
碧野楼 803	张吉宇 谢文刚	插板未固定	建议插板悬挂于试验架上	4月15日	已整改
碧野楼 802	韩云华	插板未固定	建议插板悬挂于试验架上	4月15日	已整改
碧野楼 802	韩云华	废液桶托盘不匹配	建议放置匹配的托盘	4月15日	已整改
碧野楼 807	韩云华	试剂未贴标签	建议规范试剂瓶标签	4月15日	已整改
碧野楼 804	翁秀秀	通风橱内放置盐酸	建议将试剂置于试剂柜	4月15日	已整改
生物楼 403a	未丽	学生做实验未穿实验服	建议穿实验服做试验	4月15日	已整改

生物楼 403a	未丽	火焰光度计 使用时存在 安全隐患	建议使用仪器时 降低环境温度， 同时将液化气存 储柜门打开，避 免局部高温	4月15日	已整改
岫云楼 402	古丽君	插板未固定	建议插板固定在 墙上	4月15日	已整改